

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องเป่าอบแห้งสายยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบมีประตูเปิด ๑ บาน จำนวน ๑ เครื่อง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลท่าม่วง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้วยเงินงบประมาณ(ค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลท่าม่วง วงเงินงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาสืบราคาจากท้องตลาด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางกิตติคุณ เจริญวานิช	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางพัชรภรณ์ นาควิจิตร	ตำแหน่ง จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญาน	กรรมการ
๕.๓ นางอรนุช สุขสงวน	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางกิตติคุณ เจริญวานิช)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางพัชรภรณ์ นาควิจิตร)

ตำแหน่ง จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางอรนุช สุขสงวน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเป่าอบแห้งสายยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ยี่ห้อ SEALER รุ่น D-๓๕e


๑. ความต้องการ เครื่องเป่าอบแห้งสายยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์ลิตร มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน
 - ๒.๑ เพื่อใช้อบแห้งสายยาง, สายช่วยหายใจและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนนำไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยกระบวนการต่าง ๆ
 - ๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดการเสียเวลาของเจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้องนำสายยางหรืออุปกรณ์การแพทย์ไปผึ่งลมให้แห้งซึ่งต้องใช้เวลา
๓. คุณลักษณะทั่วไป
 - ๓.๑ ลักษณะเป็นตู้ตั้งพื้น มีประตูเปิดด้านหน้า มีล้อเลื่อน
 - ๓.๒ มีประตูเปิด ๑ บาน เป็นกระจกใสแบบนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า ๕ mm. สามารถมองเห็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายในได้ชัดเจน
 - ๓.๓ ขนาดของตู้ไม่น้อยกว่า (กว้าง๘๐ x ยาว๖๐ x สูง๒๐๐) ซม.
๔. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๔.๑ ตัวตู้เป็นทรงแปดเหลี่ยม ภายในและภายนอกทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ผนังตู้เป็นแบบ ๒ ชั้น บุฉนวนกันความร้อน
 - ๔.๒ บานประตูเป็นกระจกใสแบบนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า ๕ mm. กรอบประตูทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เปิดกว้างได้ ๑๘๐ องศา
 - ๔.๓ มีช่องระบายอากาศกลับอยู่ด้านล่าง เพื่อนำอากาศอุ่นกลับมาใช้ได้เป็นระบบปิดเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 - ๔.๔ มีมือจับประตู สามารถเปิด-ปิด ได้สะดวก
 - ๔.๕ ฐานของเครื่องมีแกนปรับระดับและยึดให้ตัวเครื่องอยู่กับที่ โดยไม่เคลื่อนที่ได้ง่าย
 - ๔.๖ มีไฟสัญญาณการทำงานของเครื่อง และแสดงหลังจากจบโปรแกรมการใช้งาน
 - ๔.๗ มีไฟสัญญาณ ALARM โชน์เตือนกรณีเครื่องขัดข้องหรือฮีตเตอร์ขาด
 - ๔.๘ มีเบรกเกอร์ป้องกันการลัดวงจร และมีสายกราวด์ติดตั้งในตัวเครื่องเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหลสู่ผู้ใช้
 - ๔.๙ ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ ชุดควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบดิจิทัล สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ตามต้องการและตามความเหมาะสม และมีอุปกรณ์ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ ๑ นาที - ๑๒ ชั่วโมง หรือปรับตั้งตามความต้องการ


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางกิตติคุณ เจริญวานิช)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางพัชราภรณ์ นาควิจิตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอรนุช สุขสงวน)

- ๔.๑๐ ฮีตเตอร์เป็นแบบครีบกกระจายความร้อน ขนาด ๑๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด
- ๔.๑๑ ใช้ไฟ ๒๒๐ V / ๕๐ Hz
- ๔.๑๒ กำลังไฟฟ้า ๒๐๐๐ วัตต์
- ๔.๑๓ กระแสไฟฟ้า ๑๓ แอมป์
- ๔.๑๔ ระบบลมเป็นแบบ Blower ๒ ตัว เพื่อขับลมร้อนได้แรงและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ๔.๑๕ สามารถอบแห้งสายยางได้ครั้งละ ไม่น้อยกว่า ๖๐ เส้น และสามารถแขวนแอมบูแบ็คได้ จำนวน ๕ ลูก
- ๔.๑๖ ถาดเสียบสายสามารถถอดออกได้ จำนวน ๒ ถาด สะดวกต่อการใช้งาน
๕. อุปกรณ์ประกอบ
- | | | | | |
|-----|------------------------|-------|---|-----|
| ๕.๑ | ตะแกรงสแตนเลส | จำนวน | ๔ | อัน |
| ๕.๒ | ถาดเสียบสาย | จำนวน | ๒ | ถาด |
| ๕.๓ | ถาดรองรับน้ำแบบสแตนเลส | จำนวน | ๑ | ใบ |
- ๕.๔ มีอุปกรณ์แรงดันสูงสำหรับอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์เสียบสายยางโดยเฉพาะ จำนวน ๑ ชุด สามารถแยกควบคุมการทำงานได้ตามความต้องการ
๖. เงื่อนไขเฉพาะ
- ๖.๑ รับประกันคุณภาพสินค้า ๒ ปี
- ๖.๒ มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
- ๖.๓ มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต ยืนยันมีอะไหล่สำรอง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๖.๔ เครื่องที่ทำการส่งมอบ ต้องเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๖.๕ ผลิตภัณฑท์ทวีปยุโรป, อเมริกา หรือประเทศไทย
- ๖.๖ เป็นผลิตภัณฑท์จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕
- ๖.๗ มีเอกสารแสดงว่า ผู้ผลิตได้รับการจดทะเบียน สถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ชื่อเครื่องเป่าอบแห้งสายยางและอุปกรณ์การแพทย์ (Dryers, Medical-Air) จากสำนักงาน อาหารและยา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางกิตติคุณ เจริญวานิช)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางพัชราภรณ์ นาควิจิตร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางอรนุช สุขสงวน)